

ООО «ГАЗЭНЕРГОУЧЕТ»

(наименование организации)

АКТ № 133/002 от «23» 07 2022 г.

выполненных работ и опломбирования прибора учёта газа по проведению поверки бытовых газовых счётчиков на месте эксплуатации.

Адрес проведения работ: Ч.о. ч.о. Цезря Д. Бухарово КП Вишневогорский р.п.
 Ф.И.О. заказчика: Смирнов Дмитрий Юрьевич

Настоящий Акт составлен в том, что:

Представителем ООО «ГАЗЭНЕРГОУЧЕТ», в лице инженера метрологической службы Григорьяна Т.В., далее Исполнитель при проведении работ по поверке бытового газового счётчика, выполнен следующий ряд мероприятий:

- 1.Регистрация работ перед их началом в журнале учёта газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска;
- 2.Внешний осмотр счётчика на целостность корпуса (отсутствие механических повреждений), на наличие и целостность пломб на счётном механизме, на наличие и целостность пломбы поставщика газа на счётном механизме, на наличие и целостность пломбы поставщика газа на месте присоединения счётчика к газопроводу;
- 3.Проверка факта отключения газоиспользующего оборудования Заказчиком;
- 4.Заккрытие запорной арматуры на газопроводе-вводе перед счётчиком;
- 5.Демонтаж пломбы на месте присоединения прибора учёта газа к газопроводу (пломба входного патрубка);
- 6.Отсоединение бытового газового счётчика от трубопровода;
- 7.Присоединение счётчика к поверочной установке;
- 8.Выполнение поверочных мероприятий, согласно описанию типа СИ;
- 9.Присоединение поверенного счётчика к трубопроводу. Открытие запорной арматуры;
- 10.Проверка стыков и соединений счётчика с газопроводом на отсутствие утечек газа (устранение утечек газа в случае их выявления);
- 11.Выполнение продувки газопровода газом;
- 12.Визуальная проверка исправности и работоспособности газоиспользующего оборудования (**работы по пуску газоиспользующего оборудования выполняет Заказчик**);
- 13.Опломбирование прибора учёта;
- 14.Оформление результата поверки.

Отсутствие видимых несанкционированных вмешательств в демонтируемый прибор учёта.	✓
Сохранность пломб демонтируемого прибора (в т.ч. отсутствие повреждений пломб)	✓

Снятие/ установка прибора учёта (счётчика) абонента	Марка счётчика	Год выпуска счётчика	Заводской номер счётчика	Дата очередной поверки счётчика	Показания счётчика	Номер пломбы (на месте присоединения прибора учёта газа к газопроводу)	Номер пломбы-наклейки (на счётном механизме прибора)
Снятие	<u>metrix 66</u>	<u>2012</u>	<u>002028447</u>	-	<u>11823</u>	<u>09330885</u>	-
Установка	<u>metrix 66</u>	<u>2012</u>	<u>002028447</u>	<u>22.07.2022</u>	<u>11825</u>	<u>0100259</u>	-

Обнаруженная утечка/неисправность газового оборудования: _____

Примечание: Счётчик газа поверку прошёл

Вывод: Работы выполнены в полном объёме. Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.

Исполнитель: _____ Григорьян Т.В. _____
 Ф.И.О. подпись

Заказчик: _____ Смирнов Д. Ю. _____
 Ф.И.О. подпись

В случае нарушения пломб, расчёт за использованный газ будет произведён по норме потребления коммунальных услуг! Ответственность за сохранность установленных пломб абонент несёт в соответствии со ст.19.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.